

# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## Vystaveno podle přílohy IX NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích v platném znění

Výrobce: **BTL Industries Ltd.**  
161 Cleveland Way  
Stevenage  
Hertfordshire SG1 6BU  
United Kingdom

**BTL Industries Ltd.** vystavuje toto prohlášení o shodě na svou vlastní odpovědnost a tímto prohlašuje, že produkt

Popis produktu: **Osobní ochranný prostředek proti látkám a směsím, které jsou nebezpečné pro zdraví a proti škodlivým biologickým činitelům**

Název produktu: **BTL Respirator**  
Název modelu(ů) **C-FIT Healthcare Respirator**

Kategorie rizika: **Kategorie III**  
Dle Přílohy I Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425

je v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a s požadavky níže uvedených norem:

EN 149 + A1 : 2009 Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking.

Posouzení shody provedla notifikovaná osoba: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i, postupem EU přezkoušení typu (modul B) podle přílohy V, výše zmíněného OOP a vystavila certifikát EU přezkoušení typu číslo: **1024/E-079/2020**

výše zmíněné OOP je dále předmětem postupu posouzení shody s typem založené na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2) podle přílohy VII, tento dohled provádí notifikovaná osoba: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i a proto výrobek nese označení:



Datum vydání: 13/10/2020  
Místo vydání: Stevenage

Podpis odpovědné osoby za  
BTL Industries Ltd.

**BTL Industries Limited**  
161 Cleveland Way  
Stevenage  
SG1 6BU Hertfordshire  
United Kingdom  
**Lukáš Množil**  
Head of Regulatory Affairs